



Optimam® LP



Optimam® MP



Optimam® HP




Optimam® XP







Optimam® *SublimeLine*®

MESMO® sensitive

Implantes mamarios anatómicos de base alta, rellenos de gel de silicona, con superficie micro-texturizada.

Implants manufactured by POLYTECH – QUALITY made in Germany 

POLYTECH 
health & aesthetics

Optimam® – MESMO®sensitive (micro-texturizado)									
Base (mm)		MP – proyección moderada			HP – proyección alta				
ancho	alto	N° de pedido	Proyección (mm)		Vol. (ml)	N° de pedido	Proyección (mm)		
									
A	B		C	D			C	D	
105	122	15775-225 ¹	37	56	225	15776-280 ¹	45	62	280
110	128	15775-260 ^{1*}	38	58	260	15776-320 ^{1*}	47	65	320
115	133	15775-290 ¹	40	60	290	15776-365 ¹	49	68	365
120	139	15775-330 ^{1*}	41	63	330	15776-415 ^{1*}	51	70	415
125	145	15775-370 ¹	43	65	370	15776-460 ¹	53	73	460
130	151	15775-405 ^{1*}	44	67	405				
135	157	15775-455 ¹	45	70	455				

Medidas aproximadas. Los tamaños en lila y marcados (1) serán producidos bajo pedido y según nuestras condiciones para productos hechos a medida (entrega ≈ 8 a 10 semanas después de la orden). Los probadores lisos rellenos de gel de silicona (estéril, re-esterilizables) están disponibles para los productos marcados con un asterisco *.

Descripción del producto

Los implantes rellenos de gel de silicona Optimam® *SublimeLine*® con una superficie micro-texturizada MESMO®sensitive tienen una base ovalada alta y una proyección anatómica. El nivel de llenado de los implantes *SublimeLine*® se maximiza para proporcionar más volumen.

La consistencia de estos implantes mamarios de alta calidad está muy cerca de la sensación natural y las propiedades dinámicas de las mamas. Los implantes están disponibles en dos proyecciones: proyección moderada (MP) y alta (HP).

La especial medición de la curva D, que describe la distancia entre el punto más alto de la proyección y el borde caudal del implante, establece un parámetro de referencia para la colocación correcta de la areola en relación con el pliegue inframamario.

Información del material

Los implantes POLYTECH Health & Aesthetics están rellenos con el gel altamente reticulado EasyFit™, que destaca por su consistencia natural. Debido al "efecto de memoria" del gel, este siempre vuelve a su forma original después de una deformación mecánica moderada.

La cubierta de los implantes se compone de varias capas de un elastómero de silicona. Está es elástica así como químicamente y mecánicamente resistente. Con el fin de mantener un alto nivel de seguridad, la cubierta de los implantes de gel de silicona está equipada con una capa de barrera adicional que impide la difusión del gel. La superficie de la cubierta del implante MESMO®sensitive es micro-texturizada.

La producción de los implantes está basada en un sistema de gestión de calidad de acuerdo a los estándares ISO 9001 e ISO 13485. Todos los materiales usados son de calidad médica implantable.

Indicaciones

- Reconstrucción mamaria después de una mastectomía
- Aumento estético
- Corrección del contorno
- Ajustes de asimetrías, aplasia o hipoaplasia
- Combinando implantes y deformidades torácicas
- Ptosis o atrofas
- Cambio de implantes

Información importante

Los implantes se entregan estériles y envasados individualmente.

ATENCIÓN: Léase detalladamente las instrucciones de uso que van incluidas en cada producto.



POLYTECH Health & Aesthetics GmbH

Altheimer Str. 32 • 64807 Dieburg • Germany

+49 (0) 60 71 98 63 0 • +49 (0) 60 71 98 63 30

info@polytechhealth.com • www.polytech-health-aesthetics.com